



## BRAEL - Medical Equipment

ul. Moscickiego 1, PL-24110 Puławy,  
Poland, tel./fax 48-81-4731393  
[www.brael.com.pl](http://www.brael.com.pl) [brael@brael.com.pl](mailto:brael@brael.com.pl)



### Фетальный допплер : Doptone UDT-20SD

Модель	UDT-20D
Использования по назначению	Обнаружение биения сердца плода
Вид излучения	Непрерывное (CW)
Дисплей	ЧСС плода , 50-210 уд/мин Ручное и авто измерение ЧСС плода
Питание	2,4В/3В от 2х батарей АА
Время работы	32 часов
Авто выключение	Черес 10 минут постоянной работы; Черес 3 минуту в отсутствии сигнала
Аудио выход	1 Вт
Кнопки	Включатель\выключатель , регулятор громкости (10 степени)
Индикаторы	Сердечный ритм, разряженная батарея
Зонд	2МГц ,7 кристаллов - для исследования плода с 10 - 12 недель
Рабочая частота	2 МГц
Габаритные размеры	145x66x32 мм
Вес прибора	220 г
Объём поставки	Допплер, переносная сумка, 2х батареи 1,5В , гель
Опционально	Наушники 2x перезаряжаемые батареи 1,2В NiMH + зарядное устройство
Свойства	Система шумоподавления Система авто-усиления сигнала
Код для заказа	UDT-20SD UDT-20SD-R Допплер с питанием 2x1,5В Допплер с аккумуляторами 2x1,2В NiMH и зарядном устройством
Гарантия	24 месяцев

CE 0197

2009-08-31