



BRAEL - Medical Equipment

ul. Moscickiego 1, PL-24110 Pulawy,
Poland, tel./fax 48-81-4731393
www.brael.com.pl brael@brael.com.pl



Фетальный доплер : UDT-300SD

Модель	UDT-300
Использования по назначению	Обнаружение биения сердца плода
Вид излучения	Непрерывное (CW)
Дисплей	ЧСС плода , 50-210 уд/мин
Питание от сети	220-230 В , 50 Гц
Аудио выход	10 Вт
Ручки	Выключатель питания, громкость
Индикаторы	Сердечный ритм
Зонд	2МГц, 7 кристаллов - для исследования плода с 10 - 12 недель
Рабочая частота	2 МГц
Габаритные размеры	260x200x100 мм
Вес прибора	1,5 кг
Стандартные аксессуары	Ультразвуковой датчик , гель
Опционально	Наушники
Свойства	Система шумоподавления ARC - система авто-наблюдения сигнала и регулировки приёмника
Код для заказа	UDT-300SD
Гарантия	24 месяцев

CE 0197

2009-08-31